

医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン ＜理解度確認テスト＞

医療従事者の不在時に有症状者に対して検査を行うことが考えられる施設等において職員の中から事前に定める「検査実施管理者」は、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」及び使用するキットの添付文書、メーカーによるパンフレット等の内容を理解した上で本テストを受験し、全問正解できることを確認するとともに、各問の解説を確認し適切な検査実施についてさらに理解を深めていただくようお願いします。

※初回の受験で全問正解しなかった場合は、再度の受験により全問正解できることを確認してください。

＜問題＞

各問の文章の内容について、正しいか誤りがあるか、いずれかを選択してください。

(回答後、正答を次のページから確認してください。)

| | |
|---|---------|
| 1. 検査においては、薬局等で一般向けに販売されている抗原定性検査キットなどの中から、施設が使いやすいものを選んで使用する。 | (正 誤) |
| 2. 検査キットは、冷蔵保存にて保管する必要がある。 | (正 誤) |
| 3. 業務を開始する前に体調不良を自覚した職員は、抗原定性検査を実施し、陰性を確認してから業務に従事する。 | (正 誤) |
| 4. 現在薬事承認されている抗原定性検査のキットは、検体として鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液または唾液を用いることができる。 | (正 誤) |
| 5. 医療従事者の不在時に検査を実施した結果により医師ではない施設の職員等が診断を行うことは、いかなる状況においても認められない。 | (正 誤) |
| 6. 検査実施管理者は、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」の内容を事前に十分理解しておけば、検体採取の指導等を行うことができる。 | (正 誤) |
| 7. 鼻腔ぬぐい液検体を採取する際は、スワブを鼻の入り口から2 cm 程度挿入して採取する。 | (正 誤) |
| 8. 被検者が自己採取の方法を十分理解し、適切に行うことが困難と考えられる場合は、被検者の安全のため、施設職員が被検者の鼻腔から採取を行う等、採取の補助を適切に行わなければならない。 | (正 誤) |
| 9. 検査実施管理者は、被検者の検体採取に立ち会う際の感染防護具として、サージカルマスクまたは不織布マスクと、手袋を装着する。 | (正 誤) |
| 10. 検査結果の判定は、キットに試料を滴下した後、製品毎に定められた時間が経過するのを待ってから、それ以降の任意のタイミングで行う。 | (正 誤) |
| 11. 検査結果が陽性だった場合は、被検者は発症日から10日間は出勤等ができないこととなる。 | (正 誤) |
| 12. 症状のある者に対して実施した検査の結果が陰性だった場合でも、医療機関の受診や自宅待機等の対応をする必要がある。 | (正 誤) |

<正答と解説>

| 正答 | 解説 |
|--|--|
| 1. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 抗原定性検査に用いるキットは、薬事承認を得ずに一般向けに販売されているものではなく、薬事承認を得たものを用いる必要があります。 |
| 2. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 検査キットの中には、常温で保管できるものもあります。保管条件は、製品毎に異なりますので、各製品の添付文書を必ず確認してください。 |
| 3. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 体調の悪い職員が、検査の結果が陰性であったことを以て業務に従事することは適切ではありません。また、出勤前に既に体調不良がある場合には、出勤せずに医療機関を受診してください。 |
| 4. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 現在薬事承認されている抗原定性検査のキットは、検体として鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液を用いることができますが、唾液検体を用いることはできません。 |
| 5. (<input checked="" type="checkbox"/> 正 <input type="checkbox"/> 誤) | 疾病の診断は、医師のみが行うことができるため、医療従事者不在時の検査の結果を以て、被検者の感染の有無を確定的なものとして取り扱うことはできません。 |
| 6. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 検体採取や試料調整、判定等の方法は検査キットの製品毎に差異がある場合があるため、検査実施管理者は、使用する製品の添付文書や、メーカーによるパンフレット等の資料も確認し、内容を理解しておく必要があります。 |
| 7. (<input checked="" type="checkbox"/> 正 <input type="checkbox"/> 誤) | 採取法の詳細は、使用する製品の添付文書や、メーカーによるパンフレット等の資料も確認してください。 |
| 8. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 他者の鼻腔検体を採取することは、感染リスクを伴う可能性があるため、医療従事者の不在時の検査は、被検者が自己採取の方法を十分理解し、適切に行うことができる場合に実施してください。被検者が自己採取を行うことが困難な場合は、医療機関を受診してください。 |
| 9. (<input checked="" type="checkbox"/> 正 <input type="checkbox"/> 誤) | 適切な感染防護具を装着するほか、検査実施場所の換気や、被検者と距離を十分取るなどの対応を行ってください。 |
| 10. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 試料滴下から時間が経過しすぎると、キット上に表示される結果が変わってしまう場合があるため、結果の判定は、製品毎に定められた時間が経過したタイミングで行います。 |
| 11. (正 <input type="checkbox"/> 誤 <input checked="" type="checkbox"/>) | 検査結果が陽性だったことを以て患者であることが確定するものではなく、結果が陽性だった者は医療機関を受診し、医師の指示を受ける必要があります。医師により新型コロナウイルス感染症の患者と診断された者の出勤等については、保健所の案内に従います。 |
| 12. (<input checked="" type="checkbox"/> 正 <input type="checkbox"/> 誤) | 医療従事者不在時の検査による陰性の結果を以て新型コロナウイルスに感染していないと判断することは適切でなく（診断は医師が行う必要があります。）、また、発熱等の症状がある場合は、他の感染症に罹患している可能性もあるため、医療機関の受診や自宅待機等の対応が必要です。 |