

富士河口湖町富士ヶ嶺地内の放射能汚染チップに係る
敷地境界付近の空間線量率の測定結果等について

山梨県では、富士河口湖町富士ヶ嶺の牧草地跡地に搬入された、放射能に汚染された木くずチップ堆肥の周辺への影響等を把握するため、定期的に調査を行っています。

その結果は、下表のとおり、安全措置状況（出入口の封鎖、立入禁止の掲示、囲い、シートによる覆い）に大きな異常はなく、また、敷地境界付近の空間線量率は山梨県内における一般環境の空間線量率と同程度で推移しています。

測定地点：放射能に汚染された木くずチップ堆肥が入ったフレキシブルコンテナバッグからの距離が最短（約13m）の敷地境界付近（地上1メートル高さ）

測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ（ALOKA TCS-172又はTCS-171）

【単位： $\mu\text{Sv/h}$ 】

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|----------------|--------|---------------------------------------|----------|
| 平成26年3月19日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成26年3月26日(水) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成26年4月2日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年4月9日(水) | 0.050 | シートの一部に捲れを確認→直ちに是正 | その他は異常なし |
| 平成26年4月16日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年4月23日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年5月1日(木) | 0.053 | 異常なし | |
| 平成26年5月7日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年5月14日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 平成26年5月22日(木) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成26年5月28日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年6月4日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成26年6月11日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年6月18日(水) | 0.054 | 異常なし | |
| 平成26年6月25日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成26年7月2日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成26年7月9日(水) | 0.047 | 異常なし | |
| 平成26年7月16日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成26年7月23日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年7月30日(水) | 0.053 | 異常なし | |
| 平成26年8月6日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成26年8月13日(水) | 0.044 | 異常なし | |
| 平成26年8月20日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成26年8月27日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年9月3日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成26年9月10日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成26年9月17日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成26年9月24日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成26年10月1日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年10月8日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成26年10月16日(木) | 0.048 | 袋に小さい穴(5つ)を確認(10/16夕) →同月17日午前に補修済 | その他は異常なし |
| 平成26年10月22日(水) | 0.044 | シートに小さい穴(3つ)を確認→直ちに補修 | その他は異常なし |
| 平成26年10月29日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成26年11月5日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成26年11月12日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成26年11月19日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成26年11月27日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成26年12月3日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成26年12月10日(水) | 0.044 | 異常なし | |
| 平成26年12月17日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成26年12月24日(水) | 0.042 | シートに小さい穴(5つ)を確認 →同月25日午前に補修 | その他は異常なし |

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|----------------|--------|---|----------|
| 平成27年1月7日(水) | 0.054 | 異常なし | |
| 平成27年1月14日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年1月21日(水) | 0.058 | 異常なし | |
| 平成27年1月28日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年2月4日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年2月10日(火) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年2月19日(木) | 0.058 | 異常なし | |
| 平成27年2月25日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年3月4日(水) | 0.049 | シートの一部に捲れを確認→直ちに是正 | その他は異常なし |
| 平成27年3月11日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 平成27年3月18日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年3月25日(水) | 0.054 | 異常なし | |
| 平成27年4月1日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年4月9日(木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年4月15日(水) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成27年4月22日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年4月30日(木) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成27年5月7日(木) | 0.058 | 異常なし | |
| 平成27年5月13日(水) | 0.060 | 異常なし | |
| 平成27年5月20日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年5月27日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年6月3日(水) | 0.046 | 異常なし | |
| 平成27年6月10日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年6月17日(水) | 0.055 | シートに穴(1つ)を確認→直ちに補修 | その他は異常なし |
| 平成27年6月24日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年7月8日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成27年7月15日(水) | 0.046 | 異常なし | |
| 平成27年7月22日(水) | 0.050 | シートに穴(複数)を確認→直ちに補修 シートに亀裂を確認→土地管理者が対応中 | その他は異常なし |
| 平成27年7月29日(水) | 0.052 | シートに穴(複数)を確認→直ちに補修 前回確認された亀裂→措置済であることを確認 | その他は異常なし |
| 平成27年8月5日(水) | 0.053 | シートに穴(複数)を確認→直ちに補修 | その他は異常なし |
| 平成27年8月12日(水) | 0.055 | シートに穴(1か所)を確認→直ちに補修 | その他は異常なし |
| 平成27年8月19日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成27年8月26日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年9月2日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成27年9月9日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年9月16日(水) | 0.046 | 異常なし | |
| 平成27年9月24日(木) | 0.054 | 異常なし | |
| 平成27年9月29日(火) | 0.054 | 異常なし | |
| 平成27年10月7日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年10月15日(木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年10月21日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年10月28日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年11月4日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成27年11月11日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成27年11月18日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成27年11月26日(木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成27年12月2日(水) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成27年12月9日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成27年12月16日(水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成27年12月24日(木) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年1月6日(水) | 0.044 | 異常なし | |
| 平成28年1月13日(水) | 0.058 | 異常なし | |
| 平成28年1月21日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成28年1月27日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成28年2月3日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年2月10日(水) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成28年2月17日(水) | 0.050 | シートの一部に亀裂を確認→土地管理者が対応中 | その他は異常なし |

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|----------------|--------|--------|--|
| 平成28年2月24日(水) | 0.046 | 異常なし | 前回確認された亀裂一掃済みであることを確認 |
| 平成28年3月2日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年3月10日(木) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成28年3月16日(水) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年3月23日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年3月30日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成28年4月5日(火) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年4月13日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 平成28年4月20日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年4月25日(月) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年5月6日(金) | 0.050 | 異常なし | 当該木くすチップをより適正に管理するため、土地管理者がフレコンバッグの一部を同敷地内の屋内保管場所に移動(4/27) |
| 平成28年5月12日(木) | 0.049 | 異常なし | |
| 平成28年5月17日(火) | 0.047 | 異常なし | |
| 平成28年5月24日(火) | 0.043 | 異常なし | |
| 平成28年5月30日(月) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年6月6日(月) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年6月15日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成28年6月20日(月) | 0.038 | 異常なし | |
| 平成28年6月27日(月) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成28年7月4日(月) | 0.044 | 異常なし | |
| 平成28年7月12日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成28年7月20日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成28年7月26日(火) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年8月3日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成28年8月12日(金) | 0.043 | 異常なし | |
| 平成28年8月19日(金) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成28年8月23日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成28年9月2日(金) | 0.043 | 異常なし | |
| 平成28年9月6日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成28年9月16日(金) | 0.041 | 異常なし | |
| 平成28年9月21日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年9月29日(木) | 0.039 | 異常なし | |
| 平成28年10月4日(火) | 0.039 | 異常なし | |
| 平成28年10月13日(木) | 0.043 | 異常なし | |
| 平成28年10月20日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成28年10月27日(木) | 0.041 | 異常なし | |
| 平成28年11月1日(火) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成28年11月10日(木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年11月17日(木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年11月22日(火) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成28年11月29日(火) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成28年12月7日(水) | 0.043 | 異常なし | |
| 平成28年12月16日(金) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成28年12月21日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 平成28年12月26日(月) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年1月6日(金) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成29年1月12日(木) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年1月16日(月) | 0.044 | 異常なし | |
| 平成29年1月25日(水) | 0.046 | 異常なし | |
| 平成29年2月3日(金) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年2月8日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成29年2月16日(木) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年2月24日(金) | 0.048 | 異常なし | |

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|----------------|--------|--------|----|
| 平成29年3月1日(水) | 0.046 | 異常なし | |
| 平成29年3月7日(火) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成29年3月14日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年3月22日(水) | 0.037 | 異常なし | |
| 平成29年3月30日(木) | 0.046 | 異常なし | |
| 平成29年4月5日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 平成29年4月13日(木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年4月19日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年4月28日(金) | 0.049 | 異常なし | |
| 平成29年5月8日(月) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年5月18日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年5月24日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年5月30日(火) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年6月6日(火) | 0.041 | 異常なし | |
| 平成29年6月12日(月) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成29年6月19日(月) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年6月27日(火) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成29年7月4日(火) | 0.035 | 異常なし | |
| 平成29年7月10日(月) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年7月20日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年7月26日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年8月8日(火) | 0.035 | 異常なし | |
| 平成29年8月17日(木) | 0.038 | 異常なし | |
| 平成29年8月24日(木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年8月29日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年9月7日(木) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年9月12日(火) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成29年9月20日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年9月26日(火) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年10月2日(月) | 0.031 | 異常なし | |
| 平成29年10月10日(火) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成29年10月24日(火) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年11月2日(木) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年11月8日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年11月15日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年11月22日(水) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年12月1日(金) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成29年12月7日(木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成29年12月15日(金) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年12月21日(木) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成29年12月27日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成30年1月5日(金) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成30年1月12日(金) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年1月16日(火) | 0.058 | 異常なし | |
| 平成30年1月24日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成30年1月31日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成30年2月6日(火) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成30年2月13日(火) | 0.060 | 異常なし | |
| 平成30年3月2日(金) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成30年3月9日(金) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成30年3月12日(月) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成30年3月22日(木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年4月6日(金) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年4月11日(水) | 0.043 | 異常なし | |
| 平成30年4月19日(木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年4月27日(金) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年5月10日(木) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成30年5月16日(水) | 0.049 | 異常なし | |

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|--|
| 平成30年5月23日 (水) | 0.047 | 異常なし | |
| 平成30年5月30日 (水) | 0.051 | 異常なし | |
| 平成30年6月6日 (水) | 0.055 | 異常なし | |
| 平成30年6月12日 (火) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成30年6月22日 (金) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成30年6月28日 (木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成30年7月11日 (水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年7月19日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年7月24日 (火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年7月31日 (火) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成30年8月7日 (火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年8月16日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年8月22日 (水) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成30年8月30日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年9月7日 (金) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年9月11日 (火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年9月20日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年9月26日 (水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年10月1日 (月) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成30年10月11日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年10月18日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年10月22日 (月) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成30年10月29日 (月) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年11月9日 (金) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年11月15日 (木) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成30年11月21日 (水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年11月29日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年12月3日 (月) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成30年12月11日 (火) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成30年12月20日 (木) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成30年12月26日 (水) | 0.038 | 異常なし | |
| 平成31年1月10日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成31年1月18日 (金) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成31年1月24日 (木) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成31年1月31日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成31年2月5日 (火) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成31年2月14日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成31年2月20日 (水) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成31年2月25日 (月) | 0.040 | 異常なし | |
| 平成31年3月7日 (木) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成31年3月14日 (木) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成31年3月19日 (火) | 0.042 | 異常なし | |
| 平成31年3月27日 (水) | 0.045 | 異常なし | |
| 平成31年4月4日 (木) | 0.050 | 異常なし | |
| 平成31年4月11日 (木) | 0.048 | 異常なし | |
| 平成31年4月17日 (水) | 0.052 | 異常なし | |
| 平成31年4月24日 (水) | 0.050 | 異常なし | |
| 令和元年5月8日 (水) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和元年5月15日 (水) | 0.047 | 異常なし | |
| 令和元年5月23日 (木) | 0.055 | 異常なし | |
| 令和元年5月30日 (木) | 0.052 | 異常なし | |
| 令和元年6月4日 (火) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和元年6月11日 (火) | 0.050 | 異常なし | |
| 令和元年6月19日 (水) | 0.048 | 異常なし | |
| 令和元年6月27日 (木) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和元年7月3日 (水) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和元年7月10日 (水) | 0.049 | 異常なし | 当該木くすチップをより適正に管理するため、土地管理者が全量を同敷地内の屋内保管場所に移動 |

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|---------------|--------|--------|----|
| 令和元年7月17日(水) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和元年7月24日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和元年7月31日(水) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和元年8月5日(月) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和元年8月14日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和元年8月21日(水) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和元年8月29日(木) | 0.032 | 異常なし | |
| 令和元年9月3日(火) | 0.042 | 異常なし | |
| 令和元年9月11日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和元年9月18日(水) | 0.032 | 異常なし | |
| 令和元年9月26日(木) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和元年10月2日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和元年10月8日(火) | 0.048 | 異常なし | |
| 令和元年10月16日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和元年10月24日(木) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和元年10月30日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和元年11月5日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和元年11月14日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和元年11月20日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和元年11月29日(金) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和元年12月4日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和元年12月12日(木) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和元年12月19日(木) | 0.032 | 異常なし | |
| 令和元年12月25日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和2年1月8日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和2年1月15日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和2年1月23日(木) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和2年1月29日(水) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年2月5日(水) | 0.055 | 異常なし | |
| 令和2年2月12日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和2年2月20日(木) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年2月26日(水) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年3月5日(木) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年3月12日(木) | 0.047 | 異常なし | |
| 令和2年3月18日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和2年3月25日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 令和2年3月31日(火) | 0.049 | 異常なし | |
| 令和2年4月8日(水) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和2年4月15日(水) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年4月20日(月) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和2年4月30日(木) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年5月7日(木) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和2年5月13日(水) | 0.037 | 異常なし | |
| 令和2年5月21日(木) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年5月27日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和2年6月2日(火) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年6月10日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和2年6月17日(水) | 0.037 | 異常なし | |
| 令和2年6月26日(金) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年7月1日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 令和2年7月9日(木) | 0.031 | 異常なし | |
| 令和2年7月15日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和2年7月21日(火) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和2年7月29日(水) | 0.029 | 異常なし | |
| 令和2年8月5日(水) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和2年8月12日(水) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和2年8月18日(火) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年8月25日(火) | 0.037 | 異常なし | |

| 測定年月日 | 空間放射線量 | 安全措置状況 | 備考 |
|---------------|--------|--------|----|
| 令和2年9月2日(水) | 0.032 | 異常なし | |
| 令和2年9月10日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和2年9月15日(火) | 0.034 | 異常なし | |
| 令和2年9月24日(木) | 0.046 | 異常なし | |
| 令和2年9月30日(水) | 0.031 | 異常なし | |
| 令和2年10月7日(水) | 0.031 | 異常なし | |
| 令和2年10月14日(水) | 0.029 | 異常なし | |
| 令和2年10月22日(木) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和2年10月29日(木) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年11月4日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 令和2年11月11日(水) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和2年11月17日(火) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和2年11月26日(木) | 0.040 | 異常なし | |
| 令和2年12月2日(水) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年12月9日(水) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和2年12月17日(木) | 0.046 | 異常なし | |
| 令和2年12月24日(木) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和2年12月28日(月) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和3年1月8日(金) | 0.029 | 異常なし | |
| 令和3年1月13日(水) | 0.030 | 異常なし | |
| 令和3年1月20日(水) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和3年1月29日(金) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和3年2月3日(水) | 0.032 | 異常なし | |
| 令和3年2月10日(水) | 0.019 | 異常なし | |
| 令和3年2月17日(水) | 0.025 | 異常なし | |
| 令和3年2月24日(水) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和3年3月2日(火) | 0.042 | 異常なし | |
| 令和3年3月10日(水) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和3年3月17日(水) | 0.047 | 異常なし | |
| 令和3年3月24日(水) | 0.051 | 異常なし | |
| 令和3年3月29日(月) | 0.035 | 異常なし | |
| 令和3年4月7日(水) | 0.053 | 異常なし | |
| 令和3年5月12日(水) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和3年6月10日(木) | 0.046 | 異常なし | |
| 令和3年7月14日(水) | 0.049 | 異常なし | |
| 令和3年8月12日(木) | 0.048 | 異常なし | |
| 令和3年9月7日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和3年10月5日(火) | 0.041 | 異常なし | |
| 令和3年11月10日(水) | 0.048 | 異常なし | |
| 令和3年12月20日(月) | 0.048 | 異常なし | |
| 令和4年1月12日(水) | 0.043 | 異常なし | |
| 令和4年2月15日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和4年3月11日(金) | 0.031 | 異常なし | |
| 令和4年4月26日(火) | 0.045 | 異常なし | |
| 令和4年7月21日(木) | 0.048 | 異常なし | |
| 令和4年10月18日(火) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和5年1月5日(木) | 0.039 | 異常なし | |
| 令和5年4月11日(火) | 0.033 | 異常なし | |
| 令和5年9月7日(木) | 0.038 | 異常なし | |
| 令和6年4月23日(火) | 0.042 | 異常なし | |
| 令和7年4月22日(火) | 0.030 | 異常なし | |

※ 山梨県内における一般環境の空間放射線量（平成26年度）の状況は、0.028~0.070 μ Sv/h。
環境省が示す、追加被ばく線量1mSvに当たる空間放射線量は、0.23 μ Sv/h。