

自動体外式除細動器の管理仕様書

1．設置場所

指定管理者は、玄関付近など人目につきやすい場所に企業局から貸与を受けた自動体外式除細動器（AED）及び壁掛け収納ボックスを設置し、救命の用に供すること。

2．保守点検

指定管理者は、目視によりAEDの日常点検を行うものとし、機器の異常を発見した場合は、早急に対応すること。

3．消耗品等の交換

指定管理者は、定期的にAEDの部品等（本体バッテリー・電極パッド・収納ボックスの乾電池）の補充・交換を行うこと。

項目	交換・補充等の時期
バッテリー交換	寿命5～6年（製造年月） 使用頻度に応じて交換
電極パッド交換	2年ごとに交換（製造年月） 使用の都度交換
乾電池交換	必要の都度

4．使用報告

指定管理者は、AEDを用いて救命活動が行われた際には、その都度、企業局に報告すること。